

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP 2/0 แบบดัด

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว
ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP: 2/0
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อดัด
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
4. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร จารุเพ็ง)


..... กรรมการ
(นางสาวพชรมน ทองเฟื่อง)


..... กรรมการ
(นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP 0 แบบตลับ

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว
ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP: 0
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อตลับ
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
4. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร จารุเพ็ง)


..... กรรมการ
(นางสาวพชรมน ทองเพ็ญ)


..... กรรมการ
(นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP 1 แบบตลับ

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว
ละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ ขนาด USP: 1
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 75 เมตรต่อตลับ
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
4. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร จารุเพ็ง)



..... กรรมการ
(นางสาวพชรมน ทองเพ็ญ)


..... กรรมการ
(นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลภายนอกชนิดไม่ละลาย เบอร์ 2/0 แบบตลับ

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลภายนอกร่างกาย ชนิดไม่ละลาย
2. ประเภท Pseudomonofilament หรือ Twisted and coated multifilament เป็นวัสดุสังเคราะห์ทำจาก Polyamide
3. ขนาดเบอร์ 2/0 มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตรต่อตลับ
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485 หรือ ISO 14001:2004
5. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก และปราศจากเชื้อ (Sterilization)
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา



ประธานกรรมการ

(นายวิเชียร จารุเพ็ง)

นางพรรณ

กรรมการ

(นางสาวพรรณ ท่องเพื่อง)



กรรมการ

(นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม)